



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA
POKJA BARANG I
Jalan Balaikota No. 1 Pasarwajo 93754
Telp. (0402) 2810309; Fax (0402) 2821221

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN / AANWIJZING (BAPP)
DOKUMEN PENGADAAN
PENGADAAN GAS MEDIK SENTERAL
Nomor : 01.1/ GMS/RSUD /PB.1/ VIII/ 2016

1. Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Enam Belas**, pukul 09.00 s/d 11.00 Wita, Pokja Barang I Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Buton yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Buton, telah mengadakan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) dengan metode Tanya jawab melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Buton untuk Paket Pekerjaan sebagai berikut :

Nama Paket Pekerjaan : **PENGADAAN GAS MEDIK SENTERAL**

2. Peserta Tanya Jawab terdiri dari :

- a. Anggota Pokja Barang I Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Buton T.A. 2016.
- b. Calon Penyedia Barang / Jasa yang telah mendaftar pada Paket Pekerjaan tersebut diatas dan ikut secara *online* di website : pse.butonkab.go.id

3. Risalah Tanya Jawab :

Sejak dibukanya system sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Kelompok Kerja untuk mengadakan Tanya jawab secara *online* melalui website : pse.butonkab.go.id, seluruh calon penyedia yang mendaftar pada paket tersebut diatas mengajukan pertanyaan sbb :

1. UNTUK SPESIFIKASI APAKAH REKANAN HARUS MEMASUKKAN SPEK YANG SAMA DENGAN MERK YANG SAMA KARENA DISINI PENILAIAN MEMAKAI SYTEM MERK POIN . BERAKTI KALAU SPEK TIDAK SAMA GUGUR. KALAU PAKAI MERK POIN NEGARA MOHON DIMASUKKAN DALAM PENILAIAN . 1. INDONESIA , JERMAN , EROPA NILAI 100 2. CINA NILAI 25 KARENA SPEK YANG ADA SUDAH MENUNJUK SATU MERK TERTENTU .
2. SPEKSIFIKASI YANG MUNCUL SEKARANG APAKAH SPESIFIKASI MINIMAL ATAU SPESIFIKASI MAKSIMAL . DAN APAKAH BOLEH MEMASUKKAN SPEK YANG BERBEDA DENGAN SPEK YANG LEBIH TINGGI DARI SPEK YANG ADA
3. 1. UNTUK FILTER CARBON DENGAN 30 KG ITU MAKSUD NYA APA . 2. UNTUK COMPRESOSSOR FILLY OXYGEN ITU SUDAH DITENTUKAN MODEL NYA . KALAU KAMI MENAWARKAN DENGAN DAYA YANG LEBIH RENDAH DAN HASIL YANG SAMA APAKAH BISA 3. UNTUK INFUT DAN OUTPUT DARI DRYER DAN FILTER MINTAK AGAR MENCANTUMKAN MINIMAL DAN JENIS SATUAN UKURAN DN DAN INCI 4. JIKA TOTAL DAYA SELURUH MESIN YANG DITAWARKAN LEBIH RENDAH DENGAN HASIL OXYGEN YANG MINIMAL SAMA BAGAIMANA KARENA BIAYA PRODUKSI OXYGEN AKAN LEBIH MURAH JIKA DAYA NYA RENDAH . 5. MOHON DOKUMEN PENDUKUNG MELAPIRKAN REPERENSI BAHWA MESIN TELAH DIUJI OLEH BPFK KEMENKES RI . DAN MELAMPIRKAN DAN MERUPAKAN SYARAT ADMINISTRASI NYA.
4. SPEK MOHON DIBUAT RANGE BAIK KAPASITAS ATAU PUN SATUAN NYA JIKA SPEK INI TIDAK MENGARAH KE PRODUK TERTENTU .
5. MOHON DOKUMEN PENDUKUNG MENAMBAHKAN MELAPIRKAN REPERENSI BAHWA MESIN TELAH DIUJI OLEH BPFK KEMENKES RI . DAN MELAMPIRKAN DAN MERUPAKAN SYARAT ADMINISTRASI NYA.
6. ADA SPESIFIKASI DI POIN 9 MENGENAI MODEL : MODEL GOW 3-/ (ITU SUDAH MENGARAH KE SUATU MERK) LALAU PADA KETERANGAN POWER TERCANTUM 3 KW KALAU KAMI MENAWARKAN UTK ALAT DENGAN KW LEBIH RENDAH MENJADI 1.12 KW APAKAH BISA DITERIMA (DENGAN KATA LAIN DAYA LISTRIK LEBIH RENDAH) DAN SECARA OVELL ALL KAPASITAS MESIN JAUH LEBIH HEMAT PEMAKAIAAN LISTRIK . DENGAN HASIL YANG LEBIH .
7. PADA SPESIFIKASI DI POIN 9 MENGENAI MODEL : MODEL GOW 3-/ (ITU SUDAH MENGARAH KE SUATU MERK) LALAU PADA KETERANGAN POWER TERCANTUM 3/4-150 KW KALAU KAMI MENAWARKAN UTK ALAT DENGAN KW LEBIH RENDAH MENJADI 1.12 KW APAKAH BISA DITERIMA (DENGAN KATA LAIN DAYA LISTRIK LEBIH RENDAH) DAN SECARA OVELL ALL KAPASITAS MESIN JAUH LEBIH HEMAT PEMAKAIAAN LISTRIK . DENGAN HASIL YANG LEBIH .
8. REVISI PERTANYAAN : PADA SPESIFIKASI DI POIN 9 MENGENAI MODEL : MODEL GOW 3-/4-150 (ITU SUDAH MENGARAH KE SUATU MERK) LALAU PADA KETERANGAN POWER TERCANTUM 3 KW KALAU KAMI MENAWARKAN UTK ALAT DENGAN KW LEBIH RENDAH MENJADI 1.12 KW APAKAH BISA DITERIMA (DENGAN KATA LAIN DAYA LISTRIK LEBIH RENDAH) DAN SECARA OVELL ALL KAPASITAS MESIN JAUH LEBIH HEMAT PEMAKAIAAN LISTRIK . DENGAN HASIL YANG LEBIH .

Jawaban :

Pokja ULP tidak menyebut merek dalam dokumen pengadaan. Spesifikasi teknis dan persyaratan teknis dalam dokumen pengadaan disusun berdasarkan kebutuhan/Sesuai permintaan Pengguna Barang yang termuat dalam KAK (kerangka Acuan Kerja), bukan merupakan keinginan yang dideskripsikan oleh calon penyedia.

4. Kelompok Kerja menutup tahapan pemberian penjelasan (Aanwijzing) pada pukul 11.00 Wita sesuai dengan batas waktu pada SPSE yang ditetapkan.
5. Berita Acara Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) dapat diambil pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Buton pada **Kolom Berita**.

6. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Dokumen Pengadaan ini dibuat dalam rangkap yang cukup.

Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP/Aanwizjing) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pokja Barang I
Bagian Pengadaan Barang / JasaSetdaKab.Buton
TahunAnggaran 2016

TTD